

Индикаторы часового типа 1ИЧТ, 2ИЧТ ГОСТ 577-68: Технические характеристики



- Страна производитель: **Россия**
- ГОСТ: **ГОСТ 577-68**
- Гарантия: **1 год**
- Пример обозначения: **Индикатор 1ИЧТ**
- **Товар внесен в госреестр**
- Номер в росреестре: **36896-08**
- Оценка товара: **4.9**

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНДИКАТОРЫ ЧАСОВОГО ТИПА 1ИЧТ, 2ИЧТ ГОСТ 577-68

| | |
|--|------------|
| Цена деления шкалы, мм | 0,01 |
| Общее перемещение измерительного стержня, мм | 8-9 |
| Основная погрешность прямого хода индикатора в пределах, мм: | 0,01 |
| рабочего участка шкалы при поверке через каждые 0,05мм | 0,005 |
| нормированного участка шкалы при поверке через каждые 0,02мм | 0,003 |
| Измерительное усилие, гс | 120-200 |
| Габаритные размеры, мм | 122x102x42 |
| Масса, кг | 0,59 |

Пример обозначения: Индикатор часового типа 1ИЧТ.

ОПИСАНИЕ: ИНДИКАТОРЫ ЧАСОВОГО ТИПА 1ИЧТ, 2ИЧТ ГОСТ 577-68

Индикаторы типов 1ИЧТ и 2ИЧТ применяются соответственно с приборами ТК и ТК-2 и предназначены для измерения разности глубин отпечатков, произведенных вдавливанием алмазного конуса в испытываемый материал при предварительной и основной нагрузках.